

项目名称	双头子母无影灯		
预算金额（总价）	5万	数量/计量单位	1
设备功能要求			
LED 手术无影灯用手术室开展各种手术，为手术部位照明提供亮度高，色温好的照明设备是手术室必不可少的照明设备。			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	底座总成	1	个
2	灯头总成	2	个
3	平衡臂	2	个
4	防尘罩（含底托和螺丝）	1	个
5	安装螺丝包	1	个
6	消毒手柄	2	个
7	工具包	1	个
8	说明书	1	个
9	装箱清单	1	个
10	安装支架	1	个
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
★1	资质认证	具备 CFDA 认证	
★2	灯泡类型	进口品牌 LED 灯泡，冷光源	
# 3	灯泡数量	≥60 颗/36 颗	
# 4	灯泡平均寿命	≥80000h	
★5	色温（可调）	3500K ~6000K	
6	显示指数(可调)	85~98	
7	演色性指数	≥97%	

8	温升	术者头部温升 $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ ，术野温升 $\leq 2^{\circ}\text{C}$
9	平衡臂设计	高质量平衡臂系统，可使灯头轻松进行 360° 旋转并精确定位在理想位置，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置
10	刹车阻尼装置	无影灯各旋转轴位置，采用刹车阻尼装置，保证无漂移现象
11	消毒手柄	具备可拆卸消毒手柄
# 12	照度（可调）Lux	计算机辅助模块化设计 40000-180000lux/40000-160000Lux
13	聚焦深度	$\geq 1200\text{mm}$
14	工作半径（mm）	600-1800
# 15	光斑直径	100-200mm（可调节）
16	亮度调节	10%-100%
17	辐照度	$6\text{w}/\text{m}^2$

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同那个签订后 1 个月内
2	质保期	2 年
3	售后服务	北京有售后服务点，2 小时内相应，4 小时到达
4	付款条件或方式	按照采购方要求
5	备品备件	国内有备品库，设备无耗材

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	有医疗器械经营资质
2	采购方式	竞争性谈判
3	分包建议	
4	评审方法	