

项目名称	紫外线光疗仪		
预算金额（总价）	14万元	数量/计量单位	1台
设备功能要求			
辅助照射光斑贴检测部位，完成检测目的			
软硬件配置清单（单套）			
序号	名称	数量	单位
1	紫外线光疗仪	1	台
2	护目镜	2	副
3	说明书	1	本
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	#灯管	原装进口	
2	有效辐照面积	mm:300*400	
3	镇流器	进口电感镇流器，有效延长灯管寿命	
4	微电子处理器	按照输入计量准确完成治疗，同时设有剂量输入限制，提升操作安全性	
5	辐照过程	控制器显示余值，方便掌握设备运行状态	
6	#辐照反射器装置	配有升降装置，升降空间：> 300mm，旋转角度≥90度	
7	抗干扰设置	确保设备在电磁干扰下运行	
8	#使用期限	≥5年	
9	电源	单相交流电 220V，50Hz	
10	★波长	波长范围 280-400mm 之间	
11	灯管数量	原装灯管≥8支，长度≤600mm，直径≥40mm	
12	辐照强度稳定性	≤±25	
13	辐照强度均匀性	≤5%	
14	#安全控制	最大安全辐照剂量输入限制，剂量范围 0-20J。具有暂停和停止按键	

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	交付时间	合同签订后 1 个月内
2	质保期	≥2 年
3	售后服务	2 小时内响应, 4 小时达到现场
4	付款条件或方式	
5	备品备件	

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	供应商资格条件	
2	采购方式	
3	分包建议	
4	评审方法	

