

## 集中采购项目技术参数表

项目名称	全自动化学发光免疫分析仪		
预算金额	35 万元人民币	数量/计量 单位	1 台
经费来源		是否进口	否
<b>设备功能要求</b>			
主要用于检测血清、血浆中的待检样本浓度。			
<b>软硬件配置清单</b>			
序号	名称	数量	
1	主机	1	
2	电脑	1	
3	打印机	1	
4	UPS≥30 (min)	1	
<b>技术要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
1	反应原理	化学发光测定法	
2	是否具备急诊位	可以随时插入	
3	检测速度	100 测试/小时	
4	吸样	一次性 TIP 头加样，过滤薄膜擦拭吸样嘴	
5	首个结果出报告 时间	任意项目，17 分钟	
6	样本量	10-30UL	

7	自动预稀释功能	有		
8	试剂位	≥24 个		
9	样本位	30 个，可持续上样		
10	标本类型	血清、血浆		
11	试剂在机有效功能	≥30 天		
12	试剂冷藏功能	有		
<b>售后服务要求（每一项都是“★”）</b>				
1	质保期	整机质保 3 年		
2	备件库	西安有备件库		
3	维修站	西安有维修站，终身维修		
4	收费标准	质保期外免人工费，专用配件成本费供应		
5	培训支持	厂家提供技术支持，提供系统培训		
6	维修响应	响应时间≤2 小时，到达现场时间≤12 小时		
7	到货时间	合同签订后 30 天		
<b>配套耗材（试剂）参数要求</b>				
序号	耗材名称	所需耗材（试剂）最高限价 （元/人份）	耗材年预估量	年使用金额（元）
<b>经济要求</b>				
序号	指标名称	详细要求		
1	项目概况	年度计划		
2	预算安排	2024 年度预算内采购，预算金额 35 万元		
3	采购数量	1 台		
4	交付日期和地点	依据合同约定按期交付至甲方指定地点		
5	质量保证	符合技术参数、招标文件要求		
<b>实施建议</b>				

序号	指标名称	详细要求
1	采购方式	竞争性谈判
2	安全保密	符合军队相关保密要求
3	合同履行	按照合同约定日期送货、安装、培训
需求科室负责人		
专家签字		