

集中采购项目技术参数表

项目名称	综合手术床		
预算金额	80 万元人民币	数量/计量单位	8 台
经费来源		是否进口	否
设备功能要求			
<p>电动液压给性手术台，可以满足医院各科室对不同手术的需求。该手术台采用电动液压驱动，运行平稳，安全可靠。手术台采用有线微型触摸控制器，立柱外罩、侧轨等全部采用 304 优质不锈钢制造，搞酸、碱、耐腐蚀，易清洗、坚固耐用</p>			
软硬件配置清单			
序号	名称	数量	
1	手持遥控器+立柱控制面板	8 套	
2	记忆海绵床垫	8 套	
3	夹持器（圆形）	8 个	
4	麻醉屏架	8 个	
5	托手架	16 个	
技术要求			
序号	指标名称	技术参数	
1	结构组成	手术床体采用四段式设计，由头板、背板、骨臀板、脚板四部分组成	
2	驱动	全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制；水平升降、头/脚倾、左/右倾、背板上/下折等	
#3	紧急装置	底座应设有红色的一键急停装置，用于手术过程中的紧急急停（提供急停形状实物图）	
★4	平移移动	床体具备电动纵向平移功能，最大平衡距离 $\geq 310\text{mm}$ ，台面在最高位置，取下所有附件，纵向摆动量 $\leq 10\text{mm}$ ，横向摆动量 $\leq 10\text{mm}$ （提供国家认可的检验机构出具的检测报告）	
5	床垫	配有羞辱记忆床垫，由抗静电材料制成，舒适的羞辱记忆床垫可减	

		轻长时间手术对病患对病患末肢组织造成的压力伤害
6	控制器	手术床应具有手持器控制、侧面板控制双重活动控制方式
#7	承重	床体在正常位置工作承重 $\geq 280\text{kg}$ ，在升降过程中极限承重 $\geq 350\text{kg}$ （提供国家认可的检验机构出具的检测报告）
#8	防水等级	床体整机的防水等 $\geq \text{IPX4}$
#9	移动	手术床移动轻巧省力，在坚硬的水平地面上，移动手术床的推动力应 $\leq 80\text{N}$ （提供国家认可的检验机构出具的检测报告）
10	刹车	手术床应配备可移动脚轮，配有机械刹车或电动车，刹车锁止时，水平施加 200N 的推力应不发生移动
11	台面高度调节	床面高度可调范围：670mm-1040mm
12	台面长宽	麻布长度 $\geq 2050\text{mm}$ ，床面宽度 $\geq 510\text{mm}$
13	头板	床面头倾脚倾 $\geq 30^\circ$ （提供国家认可的检验机构出具的检测报告）
#14	台面左右倾	床面左倾 $\geq 22^\circ \pm 5^\circ$ ，床面右倾 $\geq 22^\circ \pm 5^\circ$
15	背板上下折	背板上倾 $\geq 82^\circ \pm 5^\circ$ ，背板下倾 $\geq 43^\circ \pm 5^\circ$
16	腿板下折外折	脚板上倾 $\geq 35^\circ \pm 5^\circ$ ，腿板下倾 $\geq 90^\circ \pm 5^\circ$ ，腿板外展 $\geq 90^\circ \pm 5^\circ$

售后服务要求（每一项都是“★”）

1	质保期	整机质保 3 年
2	备件库	西安有备件库
3	维修站	西安有维修站，终身维修
4	收费标准	质保期外免人工费，专用配件成本费供应
5	培训支持	厂家提供技术支持，提供系统培训
6	维修响应	响应时间 ≤ 2 小时，到达现场时间 ≤ 12 小时
7	到货时间	合同签订后 30 天

经济要求

序号	指标名称	详细要求
1	项目概况	年度计划
2	预算安排	2024 年度预算内采购，预算金额 80 万元
3	采购数量	8 台
4	交付日期和地点	依据合同约定按期交付至甲方指定地点
5	质量保证	符合技术参数、招标文件要求

实施建议

序号	指标名称	详细要求
1	采购方式	公开招标

2	安全保密	符合军队相关保密要求
3	合同履行	按照合同约定日期送货、安装、培训
需求科室负责人		
专家签字		